

ST-1

Sonda do pomiaru temperatury

Indeks kat. WASONT1

ean 5907624098480



Ważnym aspektem procesu określania rezystancji izolacji jest temperatura odniesienia, w jakiej badania wykonał producent badanego obiektu. Wynik pomiaru należy poprawić o współczynnik korekcji dla faktycznej temperatury obiektu. Ten parametr zmierzy sonda ST-1. Przykładowo, jeśli temperatura odniesienia obiektu wynosi 20°C, a pomiar wykonany był w innych warunkach, to otrzymany wynik należy przeliczyć do temperatury odniesienia przez zastosowanie odpowiedniego współczynnika korekcji temperaturowej.

Parametr	Wartość
Waga netto (kg)	0.1
Waga opakowania (kg)	0.1
Szerokość opakowania (cm)	3
Wysokość opakowania (cm)	5
Długość opakowania (cm)	18