

ST 630

Nr kat. 114803

CECHY KONSTRUKCYJNE I UŻYTKOWE:

- Podświetlenie wyświetlacza LCD
- Ręczne włączenie/wyłączenie celownika laserowego
- Wybór skali °C lub °F
- AUTO HOLD - automatyczne zatrzymanie aktualnego wyniku pomiaru na LCD
- Stały współczynnik emisyjności 0,95
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Autowylączenie miernika po 6 s bezczynności

nowość

SENTRY



DANE TECHNICZNE:

Zakres pomiarowy: -20°C+320°C
Rozdzielczość: 0,5°C
Dokładność: ±2% wskazania lub ±2°C (co większe)
Rozdzielczość optyczna: 8:1
Współczynnik emisyjności : 0,95

POZOSTAŁE DANE :

WyświetlaczLCD, 3¼ cyfry (3999), podświetlany
Czas odpowiedzi i pomiaru.....0,5 s
Czujnik pomiarowy (spektrum).....stos termoelektryczny (5+14µm)
Środowisko pracy.....0°C ÷ 50°C, 10÷90% RH
Środowisko przechowywania-10°C ÷ 60°C
Zasilaniebateria 9V (006P, IEC 6F22, NEDA 1604)
Żywotność baterii.....16 godzin
Wymiary / masa.....150 x 133 x 45 mm / 135g z bateriami

Wyposażenie: bateria, instrukcja obsługi w języku polskim

BIALL Sp. z o.o.

Otomin, ul. Słoneczna 43, 80-174 GDAŃSK
 tel. (0 58) 322 11 91, 92; fax (0 58) 322 11 93
 e-mail: biall@biall.com.pl www.biall.com.pl

Biuro Handlowe w Warszawie:
 tel./fax (0 22) 331 28 39, kom. 505 107 957
Biuro Handlowe w Jaworznie:
 tel. (0 32) 750 85 25, kom. 509 755 010



PN-EN ISO 9001:2001